

12 Свидетельство о приёме

Класс В

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует техническим условиям ЛГФИ.407223.003 ТУ и признан годным к эксплуатации

43.32
0A0 <АПЗ>

личная подпись (оттиск личного
клеяма) должностного лица.

ответственного за приёмку изделия

Водосчётчик ARZAMAS15-3-2

Упакован ОАО АПЗ согласно требованиям,
предусмотренным в действующей технической документации

Упаковщик

9276

2016, 03, 28

Год, месяц, число

Водосчётчик ARZAMAS15-3-2

Индивидуальный номер счетчика

на основании результатов поверки признан
годным и допущен к эксплуатации

Дата поверки 28/03/2016

Поверитель ИВАНОВ В.Ю.

Оттиск
поверительного клейма




Таблица 4

[illegible]

Таблица 5


Дата поверки	Заключение	Фамилия поверителя	Роспись	Оттиск повери- тельного клейма

Общий вид счетчика воды типа СВК




1. Корпус
2. Крыльчатка
3. Крышка
4. Кольцо уплотнительное
5. Сетка-фильтр
6. Магнит
7. Звездочка
8. Предохранительный кожух

Габаритные и присоединительные размеры счетчика воды типа СВК



Счетчик воды	A	B	C	L	D	H
CBK 15-3-2 CBK 15-3-2И ARZAMAS15-3-2	G 3/4-B	G1/2-B	180 или 170	110	72	78,5
CBK 20-5 CBK 20-5И	G1-B	G3/4-B	210	110	72	78,5
CBK 15-3-7 CBK 15-3-7-1	G 3/4-B	G1/2-B	150	80	72	78,5
CBK 15-3-8 CBK 15-3-8-1	G 3/4-B	G1/2-B	180	110	72	78,5
CBK 25, CBK 25И	G1 1/4-B	G1-B	260	170	100	90
CBK 32, CBK 32И	G1 1/2-B	G1 1/4-B	300	170	100	90
CBK 40, CBK 40И	G2-B	G1 1/2-B	300	190	100	90

Схема электрическая принципиальная



S1-рабочий геркон; S2-геркон фиксирующий внешнее воздействие.